Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW" nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Lublin 17.04.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu medycznego– 20 zadań

Znak sprawy:337/D/2018

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia zadania nr 3 łóżka, panele, stojaki, materace, szafki, wózki, szafa –Załącznik nr 3, w części nr 2 łóżka szpitalne ortopedyczne poprzez

1. Zmianę treści punktu 2

Regulowany segment oparcia pleców oraz ud za pomocą sprężyn gazowych w zakresie
Segment pleców 0 - 75° (±3°), Segment ud 0 - 36 ° (±3°)
Regulacja segmentu podudzia regulowana za pomocą rastomatów w zakresie 0 – 20 ° (±3°)
Na
Regulowane segmenty oparcia pleców oraz uda za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: segment pleców 0 - 75° (±3°), segment uda 0 - 35° (±3°),

2. Zmianę treści punktu 3

Wysokość leża nad podłożem 500 mm
Na
Regulowana wysokość leża za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego z poziomu przewodowego pilota w zakresie 420 mm do 830 mm

3. Oraz dodanie punktu 22 w brzmieniu:

Do każdego łóżka rama wyciągowa. Konstrukcja ramy i wyposażenia z rur i profili polerowanych kwasoodpornych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania z rur i profili kwasoodpornych satynowanych oraz ze stali konstrukcyjnej pokrytej powłoką niklowo – chromową.
Rama wyposażona w zestaw 3 rur poprzecznych, w tym litera „U" pozwalająca wyprowadzić wyciąg co najmniej 25cm poza tył łóżka. W komplecie ramy wieszak kroplówki z regulacją wysokości
Rama wyposażona w co najmniej dwa bloczki do wyciągów
Na wyposażeniu dwa uchwyty do podciągania dla pacjenta z możliwością regulacji
Do blokowania poprzeczek i osprzętu pokrętła okrągłe z blokadą przeciw wykręcaniu. Zamawiający nie dopuszcza zacisków imadełkowych. Możliwość mocowania i swobodnego przesuwania uchwytów na całej długości rur pionowych ramy, tak aby można było ustawić rurę z bloczkiem na dowolnej wysokości bez potrzeby zdejmowania całego zestawu wyciągowego.

Załącznik nr 3 z wprowadzonymi zmianami w załączeniu .

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
mgr Magdalena Czarkowska