Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW" nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Lublin 25.04.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu medycznego– 20 zadań
Znak sprawy:337/D/2018

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego .

Zadanie 2 SYSTEM DO DŁUGOTRWAŁEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA KRWI
Pytanie do pkt. 1 Kolorowy wyświetlacz rejestratora.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z wyświetlaczem monochromatycznym?
Na wyświetlaczu widoczne są dane cyfrowe, wartości ciśnienia tętniczego, pulsu i kody błędów. W tym konkretnym typie rejestracji w aparacie kolorowy wyświetlacz jest zbędny.
Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem monochromatycznym.

OPROGRAMOWANIE ABPM
Pytanie do Pkt. 18 Oprogramowanie współpracujące z wspólną bazą danych z systemem holterowskim EKG, korzystające z tych samych danych pacjentów.
Czy Zamawiający dopuści system z oprogramowaniem ABPM pracującym w oddzielnej bazie danych z systemem holterowskim EKG?
Różnica pomiędzy typami analiz sygnału EKG i ciśnienia tętniczego wymusza inną specyfikację programów analizujących. Wyniki z badań przechowywane są odmiennych formatach.
Zamawiający dopuści tylko system ABPM korzystający ze wspólnej bazy pacjentów z oprogramowaniem holterowskim, nie ma znaczenia format zapisu badań i sposób jego przechowywania w bazie danych.

Pytanie do Pkt. 19 Oprogramowanie spełniające integrację z informatycznym systemem szpitalnym tak jak oprogramowanie holterowskie EKG.
Czy Zamawiający dopuści system z oprogramowaniem Holter EKG spełniające integrację z informatycznym systemem szpitalnym, lecz bez integracji z informatycznym systemem szpitalnym oprogramowania ABPM?
Producent pracuje nad integralnością DICOM programu ABPM i w niedalekiej przyszłości takie rozwiązanie będzie dostępne.
Zamawiający dopuści możliwość pełnej integracji w przyszłości, ale wymaga możliwości zapisu raportów z badania według podanej specyfikacji (tzn. przynajmniej w formacie pdf, pod nazwą jednoznacznie identyfikującą pacjenta na wskazanym miejscu systemu).

REJESTRATORY (4 SZTUKI)
Pytanie do Pkt. 15 Identyfikacja pacjenta w rejestratorze minimum przy pomocy nazwiska i nr identyfikacyjnego.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją identyfikacji pacjenta przy pomocy numeru identyfikacyjnego?
Zawężenie sposobu identyfikacji pacjenta w rejestratorze do numeru identyfikacyjnego ma na celu ułatwienie i przyśpieszenie rozpoczęcia badania pacjenta.

Dodatkowe czynności polegające na wprowadzaniu nazwiska pacjenta do rejestratora, podczas rozpoczęcia badania, są zbędne.
Zamawiający wymaga identyfikacji pacjenta na rejestratorze minimum na dwa sposoby.

BAZA DANYCH
Pytanie do Pkt. 18 Baza danych systemu oparta o MS SQL.
Czy Zamawiający dopuści system z bazę inną niż MS SQL?
Oferowane oprogramowanie wyposażone jest w dedykowaną bazę pacjentów, bardziej stabilną niż baza MS SQL.
Zamawiający dopuści inny system bazy danych niż MS SQL.

Pytanie do Pkt. 19 Baza danych dostosowana do obsługi równocześnie analizy holterowskiej EKG oraz monitorowania ambulatoryjnego ciśnienia (wspólna dla obu systemów).
Czy Zamawiający dopuści system z bazą danych do obsługi analizy holterowskiej EKG oraz oddzielną bazę danych do monitorowania ambulatoryjnego ciśnienia?
Różnica pomiędzy typami analiz sygnału EKG i ciśnienia tętniczego wymusza inną specyfikację programów analizujących. Wyniki z badań przechowywane są odmiennych formatach.
Zamawiający dopuści tylko system ABPM korzystający ze wspólnej bazy pacjentói)w z oprogramowaniem holterowskim, nie ma znaczenia format zapisu badań i sposób jego przechowywania w bazie danych.

Zadanie 10 - 1.kardiomonitor
Pytanie do Pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zapisem trendów graficznych i tabelarycznych min 160 godzin z rozdzielczością nie gorsza niż 1 min?
Zamawiający wymaga kardiomonitora o parametrach w tym zakresie zgodnie z SIWZ.

Pytanie do Pkt. 17
- Czy zamawiający ma na myśli 5-150 oddechów/min ?
Tak. Zamawiający potwierdza parametry.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją nadzoru bezdechu 10-55 s ?
Zamawiający wymaga kardiomonitora o parametrach w tym zakresie zgodnie z SIWZ.

- Co zamawiający rozumie przez moduł umożliwiający pomiar ilości oddechów z wąsów lub rurki intubacyjnej czy zamawiający ma na myśli moduł do pomiaru kapnometrii (etC02) ?
Tak. Zamawiający potwierdza -moduł do pomiaru kapnometrii (etC02)

Pytanie do Pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w moduł IBP z zakresem pomiarowym -50 do +300 mmHg?
Zamawiający wymaga kardiomonitora o parametrach w tym zakresie zgodnie z SIWZ.

Zadanie 10 – 2. Kardiomonitor przenośny
Pytanie do Pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zapisem trendów graficznych i tabelarycznych min 160 godzin z rozdzielczością nie gorsza niż 1 min?
Zamawiający wymaga kardiomonitora o parametrach w tym zakresie zgodnie z SIWZ.

Pytanie do Pkt. 17
- Czy zamawiający ma na myśli 5-150 oddechów/min ?
Tak. Zamawiający potwierdza parametry.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją nadzoru bezdechu 10-55 s ?
Zamawiający wymaga kardiomonitora o parametrach w tym zakresie zgodnie z SIWZ.

- Co zamawiający rozumie przez moduł umożliwiający pomiar ilości oddechów z wąsów lub rurki intubacyjnej czy zamawiający ma na myśli moduł do pomiaru kapnometrii (etC02) ?
Tak. Zamawiający potwierdza -moduł do pomiaru kapnometrii (etC02)

Zadanie nr 14 INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY DO PRACY CIĄGŁEJ
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści inhalator ultradźwiękowy z automatycznym wyłączeniem zasilania przetwornika jako zabezpieczeniem urządzenia przed pracą "na sucho" sygnalizowanym zarówno komunikatem na wyświetlaczu jak i dodatkowo sygnałem dźwiękowym, a nie tylko zapaleniem się czerwonej diody na obudowie jak wymagał Zamawiający?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści inhalator ultradźwiękowy, z automatycznym wyłączeniem zasilania przetwornika jako zabezpieczeniem urządzenia przed pracą "na sucho" sygnalizowanym zarówno komunikatem na wyświetlaczu jak i dodatkowo sygnałem dźwiękowym, a nie tylko zapaleniem się czerwonej diody na obudowie.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści inhalator ultradźwiękowy do pracy ciągłej z minimum czterostopniową regulacją wydajności o wydajności aerozolu 5 ml/min?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga inhalatora ultradźwiękowego o parametrach zgodnie z zapisami SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu.

Zadanie 18
Poz. 2. Łaźnia wodna do rozmrażania osocza
1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną do rozmrażania osocza wyposażoną w mikroprocesorowy regulator temperatury z dwoma wyświetlaczami temperatury zadanej oraz mierzonej typu LED 2x 3 cyfry z rozdzielczością 0,1 stopnia, pozwalające na ciągłą kontrolę pracy urządzenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną do rozmrażania osocza wyposażoną w alarm przekroczenia temperatury zadanej, który można dowolnie programować oraz timer w zakresie od 1 do 3599 minut z sygnalizacją alarmową (dźwiękową i wizualną) zakończenia odliczania czasu? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną do rozmrażania osocza o zaproponowanych powyżej parametrach.

Zadanie nr 19
Pytanie do Pozycji nr 1.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania „WITRYNY CHŁODNICZEJ DO FARMACJI, której pojemność całkowita wynosi 180 L, 160 L wynosi pojemność użytkowa urządzenia. Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający dopuszcza witrynę o powyższej pojemności całkowitej.

Pytanie do Pozycji nr 2. Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy opisane wymiary wewnętrzne są poprawne, jedyny sejf który posiada wszystkie opisane parametry i spełniałby SIWZ posiada inne wymiary wewnętrzne, prosimy o ich dopuszczenie 225 x 370x 295 mm?
Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary sejfu.

Pytanie nr 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie kryterium gwarancja, jeżeli potencjalny wykonawca zaproponuje termin 24 miesiące lub 36 to ile punktów otrzyma?
Zgodnie z SIWZ: Punkty za okres gwarancji (G) zamówień zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami: Okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt, Okres gwarancji od 24 miesięcy do 36 miesięcy włącznie - 10 pkt, Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy - 20 pkt

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
mgr Magdalena Czarkowska