Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW" nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Lublin 26.04.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu medycznego– 20 zadań

Znak sprawy:337/D/2018

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego .

Zadanie 6 KARDIOWERTER DEFIBRYLATOR

Pytanie 1 do pkt 45 Czy zmawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator wyposażony w interfejs USB ?
Zamawiajacy wymaga defibrylatora o parametrach wskazanych w SIWZ oraz zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w postępowaniu.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z równie wysokim stopniem ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych wynoszącym IP34?
Tak. Zamawiający dopuści defibrylator z równie wysokim stopniem ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych wynoszącym IP34.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez wskaźnika wizualnego kontaktu łyżek defibrylacyjnych z ciałem pacjenta umieszczonego na jednej z łyżek?
Zamawiający dopuści tylko defibrylator posiadający wskaźnik kontaktu łyżek defibrylacyjnych na jednej z łyżek

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ze wzmocnieniem zapisu EKG w zakresie 0,5-3,0 cm/mV?
Zamawiający dopuści defibrylator o nieznacznie mniejszym zakresie wzmocnienia EKG (np. 0.5-3.0cm/mV).

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z jednoczesnym wydrukiem do 3 krzywych EKG?
Tak. Zamawiający dopuści defibrylator z jednoczesnym wydrukiem do 3 krzywych EKG.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez zaczepu do mocowania na poręczy łóżka?
Tak. Zamawiający dopuści defibrylator bez zaczepu do mocowania na poręczy łóżka.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez przycisku kategorii pacjenta umieszczonego na panelu czołowym?

Nie. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator bez przycisku kategorii pacjenta umieszczonego na panelu czołowym.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w gniazda USB, czytnik kart SD, wyjściowego EKG i wyposażonego w moduł bezprzewodowej transmisji danych Wi-Fi bez portu LAN?

Nie. Zamawiajacy wymaga defibrylatora o parametrach wskazanych w SIWZ oraz zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w postępowaniu.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
mgr Magdalena Czarkowska